

Gniezno, dnia 24 lipca 2020 r.

Nr sprawy 23AZ/SNSM/VII/2020

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ NR I

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 23AZ/SNSM/VII/2020 – Dostawy sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie Postępowania jest w formie elektronicznej z dopuszczeniem możliwości składania ofert w formie pisemnej, zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych opublikowanym na stronie UZP: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego> w dniu 20.03.2020r., o treści:

Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji. Zwracamy jednak uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie powinien ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej zamawiający powinien umożliwić ich złożenie również w sposób tradycyjny.

Ad. Zapisy pozostają bez zmian

Zadanie nr 1

Dotyczy pozycji 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego do pomp infuzyjnych objętościowych MD-P2 firmy Medima, do podaży leków i płynów do żywienia pozajelitowego, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15um, zwór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, dodatkowy zawór rolkowy, dł. 285 cm, nie zawiera lateksu i DEHP.

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w parametrach

Dotyczy pozycji 2

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pomp infuzyjnych objętościowych MD-P2 firmy Medima, do podaży krwi i preparatów krwiopochodnych, komora kroplowa 20 kropeł/ml, filtr 200um, zwór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, dodatkowy zawór rolkowy, dł. 250 cm, nie zawiera lateksu i DEHP. Są to nowe wersje dedykowanych drenów, które zastąpiły starsze.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w parametrach

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 4 pozycja 1:

W celu przedłożenia oferty KONKURENCYJNEJ JAKOŚCIOWO, prosimy o wydzielenie oraz o dopuszczenie elektrod z bezpiecznym dla pacjenta (bardziej niż typ REM starszej generacji) pierścieniem ekwipotencjalnym okalającym elektrodę o wymiarach: 170,5mm x 128,5mm Każda elektroda zawiera samoprzylepne etykiety do wklejania w protokół operacyjny (dodatkowa korzyść).

Ad. 1 Zapisy pozostają bez zmian

PYTANIE 1 DOTYCZY ZADANIA NR 4 POZ. 1, 2, 3, 5

Prosimy o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę oferentów.

Ad. 1 Zapisy pozostają bez zmian

PYTANIE 2 DOTYCZY ZADANIA NR 4 POZ. 1

Czy Zamawiający dopuści Uniwersalną standardowa elektrodę powrotna, dzielona dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprowadzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 2,5 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, o powierzchni ogólnej 168 cm², o powierzchni czynnej 103 cm², jednorazowego użytku, niejałowa, nie zawierająca lateksu i PCV, do aparatu elektrochirurgicznego Valleylab ?

Ad. 2 Zapisy pozostają bez zmian

PYTANIE 3 DOTYCZY ZADANIA NR 4 POZ. 2

Czy Zamawiający dopuści Uniwersalna standardowa elektrodę powrotna, dzielona dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprowadzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 2,5 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, o powierzchni ogólnej 168 cm², o powierzchni czynnej 103 cm², jednorazowego użytku, niejałowa, nie zawierająca lateksu i PCV, do aparatu elektrochirurgicznego Valleylab z kablem o długości 3 m ?

Ad. 3 Zapisy pozostają bez zmian

PYTANIE 4 DOTYCZY ZADANIA NR 4 POZ. 3

Czy Zamawiający dopuści Kabel wielorazowy do elektrody powrotnej, opisanej z poz. 1 o dł. 5 m?

Ad. 4 Zapisy pozostają bez zmian

PYTANIE 5 DOTYCZY ZADANIA NR 4 POZ. 5

Czy Zamawiający dopuści Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcia i koagulacja, z przewodem o dł. 5m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4mm?

A. 5 Zapisy pozostają bez zmian

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Szpital Pomnik Chrztu Polski
Magdalena Zbigniewa Beneda
Z-CIA DREKTORA

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy